

## Kalibreringsprotokoll gällande kraftgivare.

Kontroll av borravn: Geotech 607

Tillv.nr: 08387

Tim: 11814h

Kraftgivare Kg	Kontrollsystem	Värde
50	56	1,12
110	120	1,09
150	161	1,07
200	212	1,06
260	273	1,05
300	314	1,05
350	366	1,05
400	419	1,05
500	529	1,06
600	635	1,06
<b>Ny konstant</b>		10.66
		<b>K= 1.066</b>

### Mätinsamling

Laptop	x
Pclog	
Geolog	

### Givartyp

Linjär	x
Olinjär	

### Kontrollsystem

CPT	
Våg	
Tryckdosa	x

ANMÄRKNING: Konstant 1,000 används på mätinsamlare

KONTROLLEN GJORD AV: Christian von Walden

NAMNTECKNING: 

Kallhäll

2022-06-27

Georent I Sverige AB, Skarprättarvägen 1, 176 77 Järfälla